

Niterói, 09 de março de 2026.

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Ref.: Pregão Eletrônico nº 90006/2026

Processo Administrativo n.º: 9900001905/2026

Interessada(o): Mogami Importação e Exportação Ltda

Objeto: Aquisição de insumos médico- hospitalares, por meio do Sistema de Registro de Preços, para atender as demandas da Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde).

Senhor(a) Interessado(a),

Em atenção ao e-mail enviado no dia 26/02/2026, às 14:09, com pedido de esclarecimentos a respeito do pregão em epígrafe que tem sessão agendada para o dia 10/03/2026, às 11 horas, cumpre-nos responder:

Embora parte do descritivo seja semelhante ao disposto no Termo de Referência, há uma diferença relevante em relação ao comprimento da agulha.

A Coordenação demandante foi consultada para que se manifestasse sobre os questionamentos apresentados pela interessada quanto à possibilidade de aceitação do item a ser futuramente ofertado no certame em questão, conforme passo a dispor a seguir:

Pergunta: Referente ao Pregão nº 90006/2026, promovido pela Fundação Estatal de Saúde de Niterói, solicito esclarecimento quanto ao **Item 3 – Grupo 3**, cujo descritivo consta: (...)

Observamos que o descritivo técnico menciona **agulha 3/8 circular triangular com 3,0 cm** de comprimento. Entretanto, trabalhamos com fios cirúrgicos da Ethicon - J&J, o qual possui **agulha 3/8 circular triangular com 1,9 cm (19 mm)**, mantendo todas as demais características exigidas no edital

Dessa forma, solicitamos esclarecer: Será aceita agulha com comprimento de **1,9 cm (19 mm)** para o referido item?

Resposta:

RE: Pedido de Esclarecimento – Pregão 90006/2026 – Item 3 – Grupo 3

De Camille Melo Barreto e Sousa de Assis Data Sex, 2026-03-06 14:27

Para Supervisão de Licitação ; Fernanda de Almeida Castro Oliveira Souza ; NEAT Cc Fernanda Borba Rodrigues Soares ; Fayana dos Santos Morais Pereira

Prezados,

Segue resposta para o questionamento da empresa MOGAMI BRASIL: Será aceita agulha com comprimento de 1,9 cm (19 mm) para o referido item?

As diferenças de comprimento fazem referência ao seu uso típico. A agulha de 3,0 cm deve ser utilizada em suturas de pele maiores, alcançando maior quantidade de tecido, sendo mais utilizada em procedimentos no abdome e em membros. Já a agulha de 1,9 cm é utilizada para procedimentos que exijam maior precisão, sendo mais fácil de manipular em áreas com menos espaços ou mais delicadas, pois causam menos trauma no tecido. É mais utilizada em procedimentos na face e de dermatologia.

Em resumo, não se trata do mesmo item presente no edital.

Atenciosamente,

Camille Sousa

Coordenadora Técnica Multiprofissional - NEAT

Diretoria de Atenção à Saúde - DAS FeSaúde - Niterói

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também daremos ciência aos demais licitantes.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

ANGÉLICA PEREIRA LEMOS

Data: 09/03/2026 15:48:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANGÉLICA LEMOS

Supervisora de Licitações- Agente de Contratação

Fundação Estatal de Saúde de Niterói- FeSaúde



RE: Pedido de Esclarecimento – Pregão 90006/2026 – Item 3 – Grupo 3

De Camille Melo Barreto e Sousa de Assis <camillesousa@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Data Sex, 2026-03-06 14:27

Para Supervisão de Licitação <licitacoes@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Fernanda de Almeida Castro Oliveira Souza <fernandacastro@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; NEAT <NEAT1@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Cc Fernanda Borba Rodrigues Soares <fernandaborba@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Fayana dos Santos Morais Pereira <fayanamoraes@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Prezados,

Segue resposta para o questionamento da empresa *MOGAMI BRASIL*: Será aceita agulha com comprimento de **1,9 cm (19 mm)** para o referido item?

As diferenças de comprimento fazem referência ao seu uso típico. A agulha de 3,0 cm deve ser utilizada em suturas de pele maiores, alcançando maior quantidade de tecido, sendo mais utilizada em procedimentos no abdome e em membros. Já a agulha de 1,9 cm é utilizada para procedimentos que exijam maior precisão, sendo mais fácil de manipular em áreas com menos espaços ou mais delicadas, pois causam menos trauma no tecido. É mais utilizada em procedimentos na face e de dermatologia.

Em resumo, não se trata do mesmo item presente no edital.

Atenciosamente,

Camille Sousa
Coordenadora Técnica Multiprofissional - NEAT
Diretoria de Atenção à Saúde - DAS
FeSaúde - Niterói
Cel: (21) 99290-3757

De: Supervisão de Licitação <licitacoes@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Enviado: terça-feira, 3 de março de 2026 12:33

Para: Fernanda de Almeida Castro Oliveira Souza <fernandacastro@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Camille Melo Barreto e Sousa de Assis <camillesousa@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; NEAT <NEAT1@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Cc: Fernanda Borba Rodrigues Soares <fernandaborba@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Fayana dos Santos Morais Pereira <fayanamoraes@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Assunto: ENC: Pedido de Esclarecimento – Pregão 90006/2026 – Item 3 – Grupo 3

Prezadas, boa tarde.

Encaminho o presente expediente para ciência acerca do questionamento técnico formulado por uma das empresas interessadas em participar do certame licitatório em andamento, referente ao **Pregão Eletrônico n.º 90006/2026**, que versa sobre insumos médico-hospitalares para uso geral,

cuja sessão encontra-se agendada para o dia **10/03/2026, às 11 horas**, a ser operacionalizada no sistema **ComprasGov**.

Considerando a relevância de assegurar a **transparência** e a **igualdade de condições** entre os concorrentes, **solicito a adoção das providências necessárias para emissão de resposta oficial ao referido questionamento**, de modo a garantir que todos os interessados tenham acesso às mesmas informações.

Por oportuno, encaminho o **Termo de Referência**, a fim de servir como suporte técnico e jurídico para a elaboração da resposta.

Prazo Final para resposta: 06/03/2026, às 14 horas.

No aguardo.

At.Te,

Angélica Pereira Lemos
Supervisora de Licitações Mat. 1127-4
GEAD- Gerência de Administração
DAF- Diretoria de Administração e Finanças
FeSaúde- Fundação Estatal de Saúde de Niterói/RJ

De: Fernanda Oliveira <fernanda.oliveira@mogamibrasil.com>

Enviado: quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 14:09

Para: Supervisão de Licitação <licitacoes@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Cc: Leonardo Nunes - Mogami Importação e Exportação Ltda. <leonardo.nunes@mogamibrasil.com>

Assunto: Pedido de Esclarecimento – Pregão 90006/2026 – Item 3 – Grupo 3

Boa tarde,

Prezados(as),

Referente ao Pregão nº 90006/2026, promovido pela Fundação Estatal de Saúde de Niterói, solicito esclarecimento quanto ao **Item 3 – Grupo 3**, cujo descritivo consta:

3	FIO MONONYLON 5-0, 45CM AGULHA, 3/8 CIR: Fio de sutura monofilamentar de nylon 5-0, agulha 3/8 círculos, cortante agulha 3,0cm. Estéril, descartável. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no ministério de saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Atendendo a RDC 25 da ANVISA.
---	--

Observamos que o descritivo técnico menciona **agulha 3/8 circular triangular com 3,0 cm** de comprimento.

Entretanto, trabalhamos com fios cirúrgicos da Ethicon - J&J, o qual possui **agulha 3/8 circular triangular com 1,9 cm (19 mm)**, mantendo todas as demais características exigidas no edital

Dessa forma, solicitamos esclarecer: Será aceita agulha com comprimento de **1,9 cm (19 mm)** para o referido item?

Ficamos no aguardo e permanecemos à disposição para quaisquer informações adicionais.

Agradeço desde já,



Fernanda Oliveira

Vendedora

-  fernanda.oliveira@mogamibrasil.com
-  (21) 9.8032-0025
-  Rua Francisco Eugênio, nº268 - São Cristóvão
-  loja.mogamibrasil.com



CONTATOS