

EXMO. SR. PREGOEIRO DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI /RJ

Pregão eletrônico n° 90005/2026

Processo Administrativo n.º 9900001900/2026

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA., com sede na Rua Recife S/N QD 1 LT 82ª – Vila Santa Cruz, inscrita no CNPJ sob o n°. 17.700.763/0001-48 por seu representante legal abaixo-assinado, vem, respeitosamente à presença de V. Sa., apresentar **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**.

Considerando nosso interesse em participar do certame em epígrafe e a necessidade de garantir a plena competitividade e a correta execução contratual, vimos solicitar esclarecimentos acerca do item 4 do edital, referente ao produto:

Indicador químico, fita para esterilização que avaliam todos os padrões críticos do processo de esterilização a vapor (temperatura, tempo e quantidade de vapor).

Classe I, uso externo, etiqueta dupla camada adesiva em rolo

Esclarecimento - Item 4 INDICADOR QUÍMICO

Solicitamos esclarecimento quanto à especificação técnica do produto.

O descritivo menciona que o indicador deve avaliar todos os parâmetros críticos do processo de esterilização (temperatura, tempo e vapor), característica típica de Indicadores Químicos Classe 5 (Integradores).

Entretanto, o item classifica o produto como Classe I, que, conforme normas técnicas aplicáveis, tem a finalidade apenas de indicar exposição ao processo de esterilização, não avaliando todos os parâmetros críticos.

Dessa forma, há possível inconsistência técnica na especificação, podendo gerar interpretações distintas e comprometer a correta formulação das propostas.

Assim, solicitamos esclarecimento quanto a:

- O produto pretendido é Indicador Químico Classe I (process indicator externo) ou Classe 5 (integrador)?
- Caso seja Classe I, deve ser desconsiderada a exigência de avaliação de todos os parâmetros críticos?
- Caso seja Classe 5, haverá retificação da classificação no edital?

Diante disso, solicitamos a gentileza de disponibilizar uma minuta ou cláusula específica, contemplando as condições mínimas acima descritas, de modo a resguardar tanto a Administração quanto os licitantes e assegurar a adequada execução contratual.

Ressaltamos que o esclarecimento é imprescindível para que possamos formular proposta em plena conformidade com as exigências editalícias, garantindo a igualdade entre os participantes e a economicidade para a Administração.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 03 de Março de 2026.

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE
SAÚDE LTDA CNPJ: 17.700.763/0001-
48

MONIQUE RODRIGUES FONTOURA MONTEIRO
COORDENADORA DE LICITAÇÕES
CPF nº 103.900.267-60


RE: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRONICO Nº. 90005/2026

De Supervisão de Licitação <licitacoes@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Data Qui, 05/03/2026 17:41

Para Ingrid Maia Gomes Boaventura <ingridboaventura@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Núcleo Estratégico de Apoio Técnico <neat@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Cc Fayana dos Santos Morais Pereira <fayanamorais@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Fernanda de Almeida Castro Oliveira Souza <fernandacastro@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Fernanda Borba Rodrigues Soares <fernandaborba@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

 2 anexos (2 MB)

01. Termo de Referência.pdf; 00. Pedido de Esclarecimento.pdf;

Prezada Ingrid, boa tarde.

Obrigada pelo retorno, contudo, precisamos do detalhamento mediante o questionamento da empresa (documento em anexo).

O Termo de Referência possui a seguinte previsão:

03	INDICADOR BOWIE DICK, CLASSE 2: Indicador bowie dick, classe 2 interno composto de diversas folhas de papel simples com folha teste impregnada de tinta atóxica, mudança de cor de fácil visualização, estar identificado no pacote o tempo do ciclo de 3,5min a 121oc a 134oc, o resultado impresso não deve se alterar com o tempo. (ISO 11.140-1).	UNIDADE	4.005
04	INDICADOR QUÍMICO: Indicador químico, fita para esterilização que avaliam todos os padrões críticos do processo de esterilização a vapor (temperatura, tempo e quantidade de vapor).	UNIDADE	2.550
05	INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5: Integrador químico classe 5 para monitoração do processo de esterilização a vapor entre 121oc e 134oc, que monitora tempo e temperatura do material exposto ao vapor, com visualização que indique que o ciclo foi aceito ou rejeitado assegurando a eficácia do processo.	UNIDADE	1.800

Item 03 como indicador classe 2, Item 04 como indicador químico (**sem informação de classe**) e o Item 05 como integrador químico classe 5.

O questionamento da empresa reside sobre o **Item 04, indicador químico (sem informação de classe)**.

Segundo a empresa:

*"O descritivo do **Item 04** menciona que o indicador deve avaliar todos os parâmetros críticos do processo de esterilização (temperatura, tempo e vapor), característica típica de Indicadores Químicos Classe 5 (Integradores). Entretanto, o item classifica o produto como Classe I, que, conforme normas técnicas aplicáveis, tem a finalidade apenas de indicar exposição ao processo de esterilização, não avaliando todos os parâmetros críticos.*

Dessa forma, há possível inconsistência técnica na especificação, podendo gerar interpretações distintas e comprometer a correta formulação das propostas. Assim, solicitamos esclarecimento quanto a:

- O produto pretendido é Indicador Químico Classe I (process indicator externo) ou Classe 5 (integrador)?
- Caso seja Classe I, deve ser desconsiderada a exigência de avaliação de todos os parâmetros críticos?
- Caso seja Classe 5, haverá retificação da classificação no edital?"

Visto a necessidade ou não de retificar o Edital e suspender a sessão, solicitamos, por gentileza, **resposta até dia 06/03 às 13h**. Reenviamos os documentos em anexo, para subsidiar a análise.

Atenciosamente,

Supervisão de Licitação (SULIC)

Gerência de Administração (GEAD)
Diretoria de Administração e Finanças (DAF)
Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde)
Telefone de contato: (21) 9 7033-5961



De: Ingrid Maia Gomes Boaventura <ingridboaventura@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Enviado: 5 de março de 2026 17:08

Para: Supervisão de Licitação <licitacoes@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Núcleo Estratégico de Apoio Técnico <neat@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Cc: Fayana dos Santos Morais Pereira <fayanamorais@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Fernanda Borba Rodrigues Soares <fernandaborba@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Assunto: Re: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRONICO Nº.: 90005/2026

Prezad@s, boa tarde, o indicador químico é o Classe 5.

À disposição!

Abs

Obter o [Outlook para Android](#)

From: Supervisão de Licitação <licitacoes@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Sent: Thursday, March 5, 2026 3:36:25 PM

To: Ingrid Maia Gomes Boaventura <ingridboaventura@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Núcleo Estratégico de Apoio Técnico <neat@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Cc: Fayana dos Santos Morais Pereira <fayanamorais@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Fernanda Borba Rodrigues Soares <fernandaborba@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Subject: FW: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRONICO Nº.: 90005/2026

Ingrid, boa tarde !

Segue o Pedido de Esclarecimento do fornecedor abaixo.

Att,

Rodrigo Lucena

Assistente de Licitação

(21) 9 7033-5961 - Mat. 2190-3

Diretoria de Administração e Finanças (DAF)

Fundação Estatal de Saúde de Niterói - **FeSaúde**.

De: Licitação | IS8 <licitacao@is8.com.br>

Enviado: 5 de março de 2026 15:22

Para: Supervisão de Licitação <licitacoes@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Assunto: RES: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRONICO Nº.: 90005/2026

Boa tarde

Verificamos no portal e, até o presente momento, a solicitação de esclarecimento enviada abaixo, não foi respondida.

Lembrando que o pregão inicia-se na segunda feira, 09/03.

Solicitamos o rápido retorno para que possamos participar do processo com clareza.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Grata!!!

Visite nossa página : www.is8.com.br



ELIANA BORSARE
COMERCIAL / LICITAÇÃO

Tel.: (11) 3565-7705 / 7706

Cel/WhatsApp : (11) 95694 - 5100

De: Licitação | IS8 <licitacao@is8.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 15:34

Para: licitacoes@fesaude.niteroi.rj.gov.br

Assunto: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRONICO Nº.: 90005/2026

Sr pregoeiro, favor esclarecer quanto ao edital acima referido, em seu item :

- 04 INDICADOR QUIMICO . Qual a Classe ?

Agradecemos e aguardamos breve retorno.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Grata!!!

Visite nossa página : www.is8.com.br



ELIANA BORSARE
COMERCIAL / LICITAÇÃO

Tel.: (11) 3565-7705 / 7706
Cel/WhatsApp : (11) 95694 - 5100

RE: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2026 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI /RJ - ABERTURA 09/03/2026 ÀS 11H- Pedido de Esclarecimentos

De Camille Melo Barreto e Sousa de Assis <camillesousa@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Data Sex, 06/03/2026 13:59

Para Supervisão de Licitação <licitacoes@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Fernanda de Almeida Castro Oliveira Souza <fernandacastro@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Núcleo Estratégico de Apoio Técnico <neat@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Cc Fernanda Borba Rodrigues Soares <fernandaborba@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Fayana dos Santos Morais Pereira <fayanamorais@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

 1 anexo (264 KB)

Captura de tela 2026-03-06 135606.png;

Prezados,

Após discussão com equipe técnica NEAT e GAPS, verificou-se que o questionamento da empresa MEDFUTURA procede, pois há uma inconsistência técnica na especificação, sendo necessária uma retificação no edital.

Sugerimos retirar o item 4: INDICADOR QUÍMICO, mantendo somente o item 5 INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, com a seguinte descrição: *Integrador químico classe 5 para monitoração do processo de esterilização a vapor entre 121oc e 134oc, que monitora tempo e temperatura do material exposto ao vapor, com visualização que indique que o ciclo foi aceito ou rejeitado assegurando a eficácia do processo. Pacote com 10 unidades.*

Quantidade: 4.350 (somar as quantidades dos dois itens citados).

Por favor, também podem verificar se o item 03: INDICADOR BOWIE DICK, CLASSE 2 pode ser por comodato com a empresa das incubadoras?

Segue em anexo uma imagem como exemplo do item 5.

Espero ter conseguido responder a contento. Desculpa o transtorno.

Atenciosamente,

Camille Sousa
Coordenadora Técnica Multiprofissional - NEAT
Diretoria de Atenção à Saúde - DAS
FeSaúde - Niterói
Cel: (21) 99290-3757

De: Supervisão de Licitação <licitacoes@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Enviado: terça-feira, 3 de março de 2026 12:27

Para: Fernanda de Almeida Castro Oliveira Souza <fernandacastro@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Camille Melo

Barreto e Sousa de Assis <camillesousa@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Núcleo Estratégico de Apoio Técnico <neat@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Cc: Fernanda Borba Rodrigues Soares <fernandaborba@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Fayana dos Santos Morais Pereira <fayanamoraes@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Assunto: ENC: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2026 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI /RJ - ABERTURA 09/03/2026 ÀS 11H- Pedido de Esclarecimentos

Prezadas, boa tarde.

Encaminho o presente expediente para ciência acerca do questionamento técnico formulado por uma das empresas interessadas em participar do certame licitatório em andamento, referente ao **Pregão Eletrônico n.º 90005/2026**, que versa sobre insumos destinados ao Controle, Monitoramento e Uso Operacional, cuja sessão encontra-se agendada para o dia **09/03/2026, às 11 horas**, a ser operacionalizada no sistema **ComprasGov**.

Considerando a relevância de assegurar a **transparência** e a **igualdade de condições** entre os concorrentes, **solicito a adoção das providências necessárias para emissão de resposta oficial ao referido questionamento**, de modo a garantir que todos os interessados tenham acesso às mesmas informações.

Por oportuno, encaminho o **Termo de Referência**, a fim de servir como suporte técnico e jurídico para a elaboração da resposta.

Prazo Final para resposta: 06/03/2026, às 14 horas.

No aguardo.

At.Te,

Angélica Pereira Lemos
Supervisora de Licitações Mat. 1127-4
GEAD- Gerência de Administração
DAF- Diretoria de Administração e Finanças
FeSaúde- Fundação Estatal de Saúde de Niterói/RJ

De: Dalila Silva <dalila@medfutura.com.br>

Enviado: terça-feira, 3 de março de 2026 11:52

Para: Supervisão de Licitação <licitacoes@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Cc: Credenciamento <credenciamento@medfutura.com.br>; Licitação <licitacao@medfutura.com.br>;

Monique Monteiro <monique@medfutura.com.br>; Carolina Amaral <carolina@medfutura.com.br>; Ana

Carolina <ana.rodriques@medfutura.com.br>; Maria Gabriela <mariagabriela@medfutura.com.br>

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2026 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI /RJ - ABERTURA 09/03/2026 ÀS 11H

Prezados, bom dia.

Segue em anexo, pedido de esclarecimento Medfutura.

Permanecemos a disposição e aguardamos retorno.

Atenciosamente,

Dalila Silva

Estagiário



(21) 3311-5186

dalila@medfutura.com.br

www.medfutura.com.br