



## RE: REF: DL N.º 90010/2025- JULIANO MANFIO CANCIAN

De Angelo Jose de Almeida Barros <angelobarros@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Data Qui, 2025-12-11 17:02

Para Supervisão de Lição <licitacoes@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Coordenação de Contratações <contratos@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Sirvanil Ferreira de Castro <sirvanilferreira@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Cc Fernanda Borba Rodrigues Soares <fernandaborba@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Fábio Lanes de Souza Junior <fabiolanes@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

Prezados boa tarde,

Conforme solicitado no termo de referencia nº 044/2025, o item em questão precisa atender as especificações abaixo:

### 1. DEFINIÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. O objeto do presente procedimento de contratação direta, na modalidade dispensa de licitação, é a aquisição de compressor de ar, para atender as necessidades da FeSaúde.

ITEM	DESCRÍÇÃO	FORNECIMENTO	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<b>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, RESERVATÓRIO VERTICAL, VOLUME DO RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 45L E MAXIMO 55L, ISENTO DE ÓLEO, PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO DE AR ANTI BACTERIANA, DIM. (LXAXP): 410X870X410MM DIÂMETRO DE SAÍDA DE AR ¼ DE POL, REGISTRO DE SAÍDA DE AR, VÁLVULA DE SEGURANÇA, REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO, COXIM ENTRE A UNIDADE COMPRESSORA E O RESERVATÓRIO, AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO, NÍVEL DE RUIDO 59DB, TENSÃO 220V 60Z, POTÊNCIA DO MOTOR 2HP/1,5KW, PRESSÃO MÁX. DE OPERAÇÃO: 9 BAR - 130 PSI, DESLOCAMENTO, TEÓRICO: 10PCM - 283 L/MIN, PROTETOR DE SOBRE CARGA RELE TÉRMICO, 02 CILINDROS, 01 ESTÁGIO, RPM 1740, PESO APROXIMADO 20KG, DRENO (VÁLVULA PURGATÓRIA) DE ¼ DE POLEGADAS, ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA NR 13 E POSSUIR SELO DO INMETRO, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.</b>	UNIDADE	09	R\$ 3.183,13	R\$ 28.648,17

Após análise técnica comparativa entre a descrição solicitada no TR e o compressor modelo **PRIME AIR 50** ofertado pelo fornecedor **JULIANO MANFIO CANCIAN CNPJ: 60.827.704/000164** chegamos à conclusão que o modelo **PRIME AIR 50** está compatível com o solicitado no termo de referência, podendo assim seguir com o processo de aquisição.

At.te,

**Angelo Barros**

Supervisor de Eng. Clínica

Mat: 2179-2  
tel (21) 96497-3754



---

**De:** Supervisão de Licitação <licitacoes@fesaude.niteroi.rj.gov.br>

**Enviado:** quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 16:28

**Para:** Coordenação de Contratações <contratos@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Angelo Jose de Almeida Barros <angelobarros@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Sirvanil Ferreira de Castro <sirvanilferreira@fesaude.niteroi.rj.gov.br>  
**Cc:** Fernanda Borba Rodrigues Soares <fernandaborba@fesaude.niteroi.rj.gov.br>; Fábio Lanes de Souza Junior <fabiolanes@fesaude.niteroi.rj.gov.br>  
**Assunto:** REF: DL N.º 90010/2025- JULIANO MANFIO CANCIAN

Prezados, boa tarde.

Encaminho em anexo **proposta comercial juntamente com as fichas técnicas do único item licitado**, para avaliação quanto à conformidade com o descritivo do Termo de Referência.

No aguardo.

At.Te,

**Angélica Pereira Lemos**  
**Supervisora de Licitações Mat. 1127-4**  
**GEAD- Gerência de Administração**  
**DAF- Diretoria de Administração e Finanças**  
**FeSaúde- Fundação Estatal de Saúde de Niterói/RJ**